

北京市朝阳区计量检测所
Beijing Chaoyang Institute of Metrology

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 京朝字第16068556号
Certificate No. _____

送检单位	中国医学科学院肿瘤医院 (组织机构代码: 780200125)
计量器具名称	人体秤
型号 / 规格	RGZ-120-RT型
出厂编号	4526
制造单位	常州润德衡器有限公司
检定依据	JJG 13-2016
检定结论	准予作 M 级秤使用



026-012-016
22B-81D-102

批准人
Approved by _____

核验员
Inspected by _____

检定员
Verified by _____

检定日期	2016	年	09	月	14	日
Verification Date		Y		M		D
有效期至	2017	年	09	月	13	日
Valid until		Y		M		D

计量检定机构授权证书号: (京)法计(2013)03号
Authorization Certificate No.:
地址: 北京朝阳区高碑店路1438号
Address: No.1438 Gaobeidian Road Chaoyang District Beijing

电话(Tel): 010-87744032
传真(Fax): 010-87744012
邮编(Post): 100124
EMAIL: cyjjls@bjtsb.gov.cn

北京市朝阳区计量检测所

Beijing Chaoyang Institute of Metrology

证书编号: 京朝字第16068556 号

第 2 页 共 2 页

器具标识: CY0002040031

北京市朝阳区计量检测所是国家法定计量检定机构, 并通过北京市质量技术监督局授权认可法定计量检定机构计量授权证书号: (京) 法计 (2013) 03号		
检 定 依 据	JJG 13-2016 《模拟指示秤检定规程》	
计 量 标 准 名 称	非自动衡器检定装置	
不 确 定 度 / 准 确 度 / 最 大 允 许 误 差	M ₁ 等级、M ₁₂ 等级	
社 会 公 用 计 量 标 准 证 书	编 号	[1996]京朝社量标法证字第044号
	有 效 期 至	2019年04月19日
计 量 标 准 溯 源 性	可溯源至北京市计量检测科学研究院E ₂ 等级砝码组标准装置	
检 定 地 点	使用现场	
环 境 条 件	温度: 25 °C; 相对湿度: 60 %; 其它: / 。	

检 定 结 果

最大秤量:	120kg	最小秤量:	5kg	检定分度值:	500g
1、	外观测试	合格			
2、	称量测试	合格			
3、	偏载测试	合格			
4、	鉴别力测试	合格			
5、	重复性测试	合格			

- 注: 1. 本证书检定结果仅对该计量器具有效;
2. 本证书未加盖检定专用章无效;
3. 下次检定时请携带(出示)此证书。

未经授权, 不得部分复印本证书。